

URZĄD MIEJSKI W KONINIE

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

62-500 Konin, plac Wolności 1
63 2401111 (tel.)
63 2429920 (fax)sekretariat@konin.um.gov.pl
www.konin.pl

WZ.5520.5.2022

Konin, 16 maj 2022r.

**Dotyczy Publicznego Konkursu Ofert z dnia 11.05.2022 r. na zakup
i montaż automatycznych defibrylatorów.**

W dniu 16.05.2022 r. Firma AEDMAX.PL ul. Emaliowa 28E, 02-295 Warszawa zwróciła się z następującymi pytaniami:

1. Prosiłabym o doprecyzowanie lokalizacji. Czy Zamawiający planuje montaż na ścianie budynku? Jaki jest materiał, z którego jest wykonana ściana. Jest to niezbędna informacja do wyceny montażu. Nie montujemy kapsuł np. na ścianach szklanych. Czy Zamawiający zobowiązuje się do doprowadzenia prądu do wskazanych lokalizacji a także w przypadku budynków objętych opieką Konserwatora Zabytków niezbędnych zgód do przeprowadzenia prac?
2. Czy zamawiający wyraża zgodę na uwzględnienie standardowego oznakowania tj. tablicy zamontowanej nad kapsułą AED
3. Warunki przechowywania wskazane przez Zamawiającego od -20 do 50 stopni. Nie ma na rynku dostępnego AED, który mógłby być przechowywany w tak niskiej temperaturze bez systemu montażowego. Kapsuła, którą Państwu proponujemy będzie chronić AED przed czynnikami zewnętrznymi i ogrzewać w okresie zimowym. Model rekomendowany Philips FRx jako jedyny model AED

na rynku może pracować w minusowej temperaturze. Zwracam się z uprzejmą prośbą o usunięcie powyższego zapisu lub doprecyzowanie.

4. „Ofertant winien dokonać dokładnych pomiarów w terenie we własnym zakresie”. Proszę o wyszczególnienie jakich pomiarów powinien dokonać Ofertant.
5. AED montowane w przestrzeni publicznej zaleca się żeby posiadały również możliwość defibrylacji dzieci. Zamawiający nie wskazuje wariantu pediatrycznego, proszę o informację czy to świadoma decyzja i AED powinien być dedykowany dla osób dorosłych.

Odpowiedzi na zadane pytania:

1. Urządzenia będą montowane na zewnątrz budynków na ścianach elewacyjnych budynków publicznych. Najczęstszy materiał to cegła, pustak lub "Wielka płyta".
2. Tak takie oznaczenie będzie wystarczające.
3. Co do temperatury przechowywania to musi być urządzenie, które wytrzyma niskie temperatury. Jesteśmy w stanie zmodyfikować warunek do zapisu praca w skrajnych warunkach w tym w okresie zimowym w ujemnych temperaturach bez określania stopni.
4. Dotyczy to tylko i wyłącznie niezbędnych do montażu pomiarów.
5. Nie widzimy przeciwwskazań aby urządzenia posiadały możliwość defibrylacji dzieci.